

Zondes kalibrēšana - kad izmantot un kad ne

Kam paredzēta kalibrēšana?

Kalibrēšana paredzēta nelielas, atkārtojamas atšķirības korigēšanai starp pareizi strādājošu zondi un uzticamu etalonu. Piemērs: pie stabilas temperatūras zonde pastāvīgi rāda par 0,7°C vairāk.

Ko kalibrēšana neizlabos?

Kalibrēšana neizlabos bojātu zondi, pārtrauktu kabeli, mitrumu savienotājā vai nepareizu uzstādīšanas vietu. Ja temperatūra lēkā vai atšķirība mainās atkarībā no kabeļa stāvokļa, vispirms novērsiet bojājumu.

Zondes vieta ir svarīgāka

Divas darba kārtībā esošas zondes dažādās vietās var rādīt atšķirīgas temperatūras un abas var būt pareizas. Nekalibrējiet vienu zondi pēc otras, ja tās neatrodas blakus vienādos apstākļos.